

Mobile Operating Table

Mobiler OP- und Behandlungstisch

601520, 601530

The table does not work after it has been charged.

Plug the battery into its holder and press the battery control button afterwards. If the problem consists please contact the EICKEMEYER® customer service.

Der Tisch funktioniert nach dem Laden nicht mehr?

Legen Sie den Akku wie gewohnt in die Halterung ein und drücken Sie anschließend die Taste für die Akku-Ladezustands-Kontrolle. Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich an den EICKEMEYER® Kundenservice.



Battery control button /
Taste für die Akku-Ladezustands-Kontrolle

EICKEMEYER®

GERMANY | EltstraÙe 8 | 78532 Tuttlingen | Deutschland | T +49 7461 96 580 0 | F +49 7461 96 580 90 | info@eickemeyer.de | www.eickemeyer.de

SWITZERLAND | Sandgrube 29 | 9050 Appenzell | Schweiz | T 071 788 23 13 | F 071 788 23 14 | info@eickemeyer.ch | www.eickemeyer.ch

UNITED KINGDOM | 3 Windmill Business Village | Brooklands Close | Sunbury-on-Thames | Surrey | TW16 7DY | UK | T 020 8891 2007 | www.eickemeyer.co.uk

DENMARK | Solbakken 26 | Hammelev | 6500 Vojens | Danmark | T +45 70 20 50 19 | info@eickemeyer.dk | www.eickemeyer.dk

NETHERLANDS | Bellweg 44 | 4104 BJ Culemborg | Nederland | T +31 345 58 9400 | info@eickemeyer.nl | www.eickemeyer.nl

ITALY | Via G. Verdi 8 | 65015 Montesilvano (PE) | Italia | T 085 935 4078 | F 085 935 9471 | info@eickemeyer.it | www.eickemeyer.it

POLAND | Al. Jana Pawła II 27 | 00-867 Warszawa | Polska | T 22 185 55 76 | F 22 185 59 40 | info@eickemeyer.pl | www.eickemeyer.pl

CANADA | 617 Douro Street, Suite #205 | Stratford | Ont. | Canada | N5A 0B5 | T +1 519 273 5558 | F +1 519 271 7114 | info@eickemeyervet.ca | www.eickemeyercanada.ca